SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH **TRUNG TÂM Y TẾ LẠNG GIANG** Số:704 /TTYT-KD V/v báo giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Lạng Giang.	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Lạng Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2025*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Hiện tại Trung tâm Y tế Lạng Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu cho dự toán "Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Lạng Giang" với một số thông tin chủ yếu như sau:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học đơn vị ngày 30/12/2025 thống nhất các nội dung về kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 của đơn vị;

Trung tâm Y tế Lạng Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Lạng Giang" với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Lạng Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông/ Bà: Hà Văn Vỹ
- Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược- VTTBYT
- Số điện thoại: 0919 141 668

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email).
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược – VTTBYT, Trung tâm Y tế Lạng Giang (địa chỉ: Thôn Nguyễn, Xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh)
- Nhận qua email: Havybvlg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 31 tháng 12 đến trước 10h ngày 12 tháng 01 năm 2026;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục thiết bị y tế gồm:*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang – Trung tâm Y tế Lạng Giang – Thôn Nguyễn, Xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh;

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là 01 lần khi hoàn thành việc lắp đặt vận hành.

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.

5. Các thông tin khác:

- Tài liệu có liên quan về hàng hóa báo giá (nếu có) gồm:

+ Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế báo giá theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

+ Thông tin kê khai giá hoặc niêm yết giá và đường Link tra cứu (nếu có);

+ Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 ngày tính đến thời điểm báo giá (nếu có);

- Tài liệu khác.

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./.

Nơi nhận:
- Cổng TT đơn vị;
- Lưu: VT, KD;

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Mạnh

Phụ lục 1

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: / TTYT- KD ngày 31 tháng 12 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Thiết Bị Siêu Âm Điều Trị	**I. Cấu Hình:** - Máy chính - Gel siêu âm - Bộ dây nguồn - Bộ dầu phát - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, Tiếng Việt) **II. Thông Số Kỹ Thuật:** **Công suất- nguồn điện** - Đầu vào: 100 - 240V ~ 50/60 Hz **Thông số kỹ thuật siêu âm** - Tần số: 1 MHz, ± 10% 3 MHz, ± 10% - Diện tích bức xạ: ≥ 8 cm2; - Chế độ: Liên tục / Xung - Tần số lặp lại xung: 100 Hz; 16 Hz; 48 Hz - Đầu dò: ≥ 8 cm2 - Thời gian điều trị: 1 đến ≥ 30 phút - Công suất ra: 0,1 a 3,0 W / cm²; 3,3 MHz - Biên độ tối đa: ≥ 24 W - Cảnh báo bằng âm thanh - Giao thức được lập trình sẵn: có	01	Chiếc
2	Máy Điều Trị Kết Hợp Điện Xung Giác Hút	**I. Cấu Hình:** - Cáp hút: 8 chiếc - Cốc điện cực: 8 chiếc - Đệm điện cực: 8 chiếc - Miếng bọt biển: 8 chiếc - Cáp nguồn: 01 chiếc (AC 220v) - Tài liệu HDSD: 1 bộ **II. Thông Số Kỹ Thuật:** - Nguồn cung cấp: AC 220V, 50/60Hz - Nguồn tiêu thụ: 120VA - Dòng đầu ra: Max. 33mA - Điện áp đầu ra: Max. 136Vp-p - Áp lực hút: Max. 250mmHg - Hẹn giờ: 0~30min - Kích thước: 445x360x250(H)mm - Trọng lượng: 11kg	01	Chiếc

3	Thiết bị điện trị liệu (Máy điện phân thuốc)	**I. Cấu hình** - 01Thiết bị chính: 1 chiếc. - 01 Bộ phụ kiện đi kèm điện cực chì - 01 Bộ phụ kiện kèm điện cực - 01 Cầu chì - 01 Dây cáp điện - 01 Bộ hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, Tiếng Việt) **II. Thông số kỹ thuật** - Dòng điện tối đa trong mạch của bệnh nhân (mA): ≥ 50 - Dải kiểm soát dòng điện (mA) : 0…5; 6…50… - Tỷ lệ sóng dòng điện trong mạch của bệnh nhân: 0,5 (%) - Công suất tiêu thụ: 11 (VA) - Thiết kế bộ máy: Di động, để bàn - Điều chỉnh phạm vi dòng điện bằng cách sử dụng các thay đổi giá trị một cách riêng biệt: Từ 0 đến ≥ 5 mA – bước 0,1 mA, Từ 6 đến ≥ 50 mA – bước 1 mA. - Cài đặt thời gian điều trị: từ 1 đến ≥ 90 phút	01	Chiếc
4	Máy Điện Châm	**I. Cấu Hình:** - Máy chính: 01 chiếc - Đầu dò huyệt: 01 chiếc - Dây điện châm có đầu kẹp: 05 dây - Điện cực cao su: 06 chiếc - Dây băng cao su: 01 cuộn - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ. **II. Thông Số Kỹ Thuật:** **Các dạng sóng xung**: - Sóng xung dương hình vuông, bước sóng từ 0.5 đến 0.8ms với điện thế đầu ra đạt đỉnh là > 80V ở mức điện trở 1K - Sóng xung âm hình tam giác, điện thế đầu ra đạt đỉnh là > 80V ở mức điện trở 1K **Thông số của các loại sóng xung:** - Sóng liên tục: sóng cơ bản, tần số từ 2 đến 1000 c/s (Hz). - Sóng nén: sóng dày đặc và phân tán được hiển thị luân phiên, tần số 10 đến 40Hz - Sóng không liên tục: sóng dày đặc lặp lại đều đặt theo tần số của 10 đến 40 chu	10	Chiếc

		kỳ mỗi phút. - Sóng dao động lên xuống: tần số xung là 100Hz, biên độ của nó tăng đến cực đại và giảm ngay xuống cực tiểu. Quá trình lặp lại ở tần số của 10 đến 40 chu kỳ mỗi phút. - Sóng tắt mở: tần số xung khoảng 100Hz, biên độ của nó tăng và giảm lần lượt ở tần số của 10 đến 40 chu kỳ mỗi phút. ……..		
5	Đèn Hồng Ngoại Chân Cao	- Dễ dàng di chuyển - Phần thân trên dễ dàng di chuyển góc và hướng điều trị (dạng gù) - Núm vặn điều chỉnh mức nhiệt - Công suất bóng đèn: 275W - Phần thân trên dễ dàng di chuyển góc và hướng điều trị (dạng gù)	10	Chiếc
6	Khung quay khớp vai	**Thông số kỹ thuật chính:** - Khung sắt sơn tỉnh điện gắng vào tường - Thanh trượt tăng giảm chiều cao inox - Vòng quay inox - Vòng quay đường kính khoảng từ 92- 94cm	01	Cái
7	Ghế tập cơ tư đầu đùi	**Tiêu chuẩn chất lượng ISO13485** **Cấu hình:** - Khung chính: 1 bộ - Tựa lưng: 1 cái - Nệm yên: 1 cái - Bộ nâng đỡ tạ inox (cây đá tạ) và cục gù: 1 bộ - Giá tập tay: 1 bộ - Bộ tạ. - Trụ để tạ. **Thông số kỹ thuật chính:** - Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xước, chỗ ngồi và tựa lưng mousse bọc simily - Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động. - Cục gù thay đổi vị trí để phù hợp với độ dài chi dưới. - Tập mạnh nhóm cơ vùng đùi trước và vùng đùi sau. Ngoài ra khi quay 2 thanh đá chân hướng lên trên, người bệnh cũng có thể tập mạnh nhóm cơ ở tay Tuỳ theo sức cơ, người bệnh có thể tăng dần trọng lượng tạ cho phù hợp.	01	Cái

		- Có thêm giá đỡ tập tay: Có thể tập mạnh nhóm cơ tay độc lập, hoặc tập đồng thời kết hợp tay chân.		
8	Kính hiển vi sinh học 3 mắt	**I. Thông tin chung:** Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485: 2016, FDA hoặc CE. Thời gian bảo hành: 12 tháng **1. Kính hiển vi sinh học 3 mắt** Cung cấp bao gồm: - Máy chính gồm thân kính (01 cái), mâm gắn vật kính (1 cái), Bàn để mẫu (1 cái), Đèn NeoLED 3 Watt (1 cái) - Thị kính 10X/22mm: 1 cái - Bộ vật kính phẳng IOS 4X, 10X, S40X, S100X (mỗi loại 1 cái) Dầu ngâm vật kính: 5ml - Tụ quang N.A.1.25 và bộ lọc sáng trắng - Tấm phủ máy + hộp xốp đựng máy - Các phụ kiện tiêu chuẩn, dây nguồn - Tài liệu hướng dẫn sử dụng **2. Hệ thống camera tối thiểu 5.1 megapixel.** Cung cấp kèm theo: - Vật kính 0.5 với C-mount (giá treo) - Cáp nối USB - Adapter (đầu nối) 30 và 30.5mm cho kính hiển vi soi nổi - Tiêu bản chuẩn 76 x 24mm (1mm/100) - Đĩa CD-ROM phần mềm ImageFocus Alpha - Hộp đựng carton II. Cấu hình cơ bản Độ phóng đại tối đa 1000 lần khi dùng với thị kính 10X và vật kính 100X. - Thị kính: EWF 10x, quang trường rộng 22mm, điều chỉnh điop tren ống bên trái (ống Ø 30 mm. Chiều dài ống 200 mm) - Đầu quan sát: Đầu ba mắt của các mẫu hiệu chỉnh vô cực E-Plan có bộ chia chùm tia cố định tích hợp (50:50) và điều chỉnh ± 5 điốp trên ống bên trái Ø 30 mm. Đầu quan	Máy	01

		sát 3 mắt, kiêu Siedentopf, có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 mắt từ 48 – 75 mm, nghiêng góc 30^o so với thân kính. Có cổng nối với máy chụp ảnh kỹ thuật số hoặc camera kỹ thuật số truyền ảnh ra màn hình, đường kính Ø 23.2 mm. - Nguồn điện: 230 V/50Hz **2. Hệ thống camera tối thiểu 5.1 megapixel.** - Camera kỹ thuật số, phần mềm phân tích hình ảnh ImageFocus 4 cung cấp giải pháp tối ưu cho các kính hiển vi kỹ thuật số ứng dụng nghiên cứu, giảng dạy hay công nghiệp, phù hợp với các kính hiển vi sinh học, soi nổi, luyện kim - Cho hình ảnh trực tiếp không nén (non-compressing) - Bộ kết nối C-mount - Camera ≥ 5.1 Mpix - Kết nối USB 3.0, tốc độ cao - Sensor độ phân giải cao 1/2.5" CMOS, - Bộ lọc RGB - Hệ điều hành tương thích: Windows 7/8/10 (32 và 64 bit) đòi hỏi cấu hình tương thích Intel Core 2, 2.8 GHZ hoặc cao hơn, 2GB, USB-3 tốc độ cao - Điều kiện hoạt động: -10~50°C, độ ẩm 30-80 % - Nhiệt độ bảo quản: -20 ~ 60°C - Nguồn điện: 5V qua cổng USB PC		
9	Giường nội soi tiêu hóa	**- Kích thước**: 1.930 x 700 x 640–900 mm (dài x rộng x cao). - **Chất liệu**: Cáng làm bằng nhựa PP, có thể đóng mở thuận tiện cho việc đưa bệnh nhân lên xuống. Ưu tiên các loại giường làm từ vật liệu dễ vệ sinh và kháng khuẩn, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. - **Tính năng**: Điều chỉnh độ cao linh hoạt, phù hợp cho các thủ thuật nội soi tiêu hóa. Có thêm tính năng như bánh xe khóa, tay vịn điều chỉnh, hoặc khả năng gập gọn để tiết kiệm không gian.	Chiếc	02

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ[1]

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá/

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng *tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế [2]	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất[3]	Mã HS[4]	Năm sản xuất[5]	Xuất xứ[6]	Số lượng/ khối lượng[7]	Đơn giá[8] (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan[9] (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)[10] (VND)	Thành tiền[11] (VND)
	Thiết bị A									
	Thiết bị B									
n	…									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày],* kể từ ngày ... tháng... năm. *..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp[12]

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.